



**DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER
PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.**

*THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE
BUNDESANSTALT.*

Eichschein

Verification certificate



Nummer <i>Number</i>	E-011-21-01329
Gegenstand <i>Object</i>	Nichtselbsttätige Waage als Straßenfahrzeugwaage Genauigkeitsklasse III, Zulassung D07-09-012 Wägebereich 100 kg – 50000 kg Eichwert 5 kg / 10 kg / 20 kg
Identifikation <i>Identification</i>	Fabrik-Nr. 0022H1HR, Typ Disomat Tersus
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Schenck Process GmbH Landwehrstr. 55, 64293 Darmstadt
Antragsteller <i>Applicant</i>	Hans Meyer Entsorgungs GmbH Willi-Grasser-Str. 16 91056 Erlangen
Prüfverfahren <i>Test procedure</i>	Die Prüfung erfolgte entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P2.3 NSW)“.
Ergebnis <i>Result</i>	Das Messgerät entspricht § 37 Abs. 4 des Mess- und Eichgesetzes.
Anzahl der Seiten <i>Number of pages</i>	1
Ort und Datum der Eichung <i>Place and date of verification</i>	Erlangen, 01.10.2021
Eichfrist endet am <i>Verification period until</i>	31.12.2024
Eichkennzeichen <i>Verification marking</i>	

Angegeben ist die Eichfrist gemäß § 34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in § 37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

Declared is the verification period according to § 34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in § 37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum <i>Place and date</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>	Im Auftrag <i>On behalf of</i>
Nürnberg, 06.10.2021	A. Bier Prüfer <i>Tester</i>	C. Ortlieb Freigabe <i>Approved</i>

Der Eichschein wurde maschinell erstellt und erfordert keine Unterschrift.

The Verification certificate was generated automatically and requires no signature.